



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 3.0059
от 02 мая 1997 г.
на бланке № _____
на 1 листе
редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 1
от «25» марта 2022 года
к области аккредитации от «25» июня 2021 г.
отдела метрологии
Республиканского унитарного предприятия
«Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

№ п/п	Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка; 2- последующая поверка	Средства измерений			
		код области измерений	наименование (тип средства измерений)	метрологические характеристики	
				пределы измерений	класс, разряд, цена деления, погрешность
1	2	3	4	5	6
ул. Пушкина, 204-а, 213809, г. Бобруйск, Могилевская область					
3.10*	2	26.51/99.003	Ключи динамометрические	от 7,5 до 1500 Н·м	$\gamma = \pm 1,5 \%$ $\delta = \pm 2 \%$
8.18*	2	26.51/99.009	Кондуктометры, анализаторы жидкости кондуктометрические	от $1 \cdot 10^{-4}$ до 100 См/м	$\delta = \pm 1,0 \%$ $\Delta =$ $\pm (0,003 + 0,015x)$ См/м

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в отделе метрологии;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами отдела метрологии;

*** – деятельность осуществляется за пределами метрологии.

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА»

(подпись)
М.П.

Е.В.Бережных
(инициалы, фамилия)

(подпись ведущего эксперта
по аккредитации)

25.03.2022
(дата принятия решения)

Лист 1 Листов 1